

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE “FULL SERVICE” DELLA RETE DI MISURA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA PER LA DURATA DI 5 ANNI, COMPRENSIVA DELL’IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ESISTENTE (CIG: 5610751A30).

ULTERIORI PRECISAZIONI.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla documentazione tecnica ed amministrativa concernente la procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

1. con riferimento al **Capitolato Prestazionale di Oneri**:

- articolo 3 circa la durata dell’appalto: la decorrenza indicata dal 01 gennaio 2014 deve intendersi dal 1° agosto 2014;
- articolo 20, punto 17 relativo al controllo degli impianti elettrici: il termine indicato, 01 giugno 2014, deve intendersi il 1° gennaio 2015
- articolo 23, in merito alla clausola di rinnovo: la data indicata del 01 gennaio 2014 deve intendersi il 1° agosto 2014;

2. in merito all’**Allegato 2**, con particolare riferimento alla prestazione di sostituzione dei nottolini entro il 30 giugno 2014: la data deve intendersi entro il 31 gennaio 2015;

3. con riferimento all’**Allegato 8** ed in particolare alla fornitura della stazione di monitoraggio, si precisa che **NON** è richiesta la fornitura del sistema di acquisizione nell’ambito della gara in oggetto;

4. in merito ai requisiti di partecipazione alla gara, la prescrizione del **Capitolato speciale d’oneri – Allegato A** non sostituisce o integra in alcuna misura il Disciplinare di Gara. I concorrenti, quindi, devono tenere in considerazione quali requisiti di partecipazione esclusivamente quelli indicati nel disciplinare di gara; pertanto nessun documento di cui al citato Allegato A va presentato nell’offerta di gara, né nella documentazione tecnica né in quella amministrativa. Per quanto attiene alle certificazioni di qualità, si chiede di documentare il possesso delle sole certificazioni indicate nel Disciplinare di gara all’articolo IX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE punto 3) - (tabella CRITERIO punto A.1.11 Certificazioni

di qualità). I relativi documenti dovranno essere contenuti nella BUSTA B – Offerta tecnica di cui al Disciplinare di gara;

5. con riferimento al **“Nota bene” di cui all’articolo XI CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare di gara**, si conferma che, essendo stata differita al 1° luglio 2014 l’obbligatorietà di iscrizione alla Banca Dati AVCPASS, non è richiesto il documento “PASSOE” ai fini della partecipazione alla procedura di gara in parola;
6. in merito al **punto 3.a dell’articolo II parte 4 del Capitolato prestazionale di oneri (Requisiti di laboratorio) lo stesso** è da intendersi come segue: “il possesso di almeno uno dei seguenti strumenti: ICP-MS, ICP-OES, AAGF, AA-FA, a condizione che venga garantito un limite di quantificazione inferiore a 1 ppb per tutti i metalli ad eccezione di:
 - Fe, Al, con limite inferiore a 10 ppb;
 - Na, Ca, K, Mg e Si per i quali si richiede un limite inferiore a 50 ppb”.Si fa presente che tale precisazione corrisponde a quanto riportato nel Capitolato prestazionale di oneri – Parte 4 – Articolo III ultimo capoverso.

Saint-Christophe, lì 2 aprile 2014.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni Agnesod